



DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE
DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES
DIRECTION DES LABORATOIRES
LABORATOIRE DE BORDEAUX
351, COURS DE LA LIBERATION
33405 TALENCE CEDEX

Accréditation
N° 1-0152
(portée
communiquée
sur demande)



RAPPORT D'ESSAIS N° 2004-15910

Téléphone : 05 56 84 24 37
Télécopie : 05 56 84 66 71
Mél : labo33@dgccrf.finances.gouv.fr

CHATEAU POTENSAC
Léoville Las Cases

Echantillon reçu le 14/12/2004
Essais validés le 14/12/2004
Rapport édité le 14/12/2004

33250 - SAINT JULIEN

Essai effectué à titre privé sur un échantillon remis par le demandeur qui ne peut faire référence à un contrôle officiel

DENOMINATION DE L'ECHANTILLON


VIN ROUGE : CHATEAU POTENSAC 2002, AOC MÉDOC

RESULTATS DES ESSAIS EFFECTUES SUR L'ECHANTILLON

* MASSE VOLUMIQUE A 20°C [DENSIMETRIE ELECT. (FV OIV 546)]	0,9912 g/cm ³
* TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS 20°C [REFLECTANCE I.R. (REV OENOL 1983 P75)]	13,70 % vol.
* EXTRAIT SEC TOTAL A 20°C [DENSIMETRIE (R CEE 2676/90)]	27,9 g/l
* SUCRES REDUCTEURS [AUTO NEOCUPROINE (FV OIV 823)]	2,0 g/l
* ACIDITE TOTALE (EN ACIDE TARTRIQUE) [POTENTIOMETRIE (R CEE 2676/90)]	5,25 g/l
* ACIDITE VOLATILE (EN ACIDE ACETIQUE) [AUTO KI/KIO ₃]	0,59 g/l
* DIOXYDE DE SOUFRE TOTAL [IODOMETRIE (R CEE 2676/90)]	80 mg/l
* DIGLUCOSIDE-MALVOSIDE (RECHERCHE) [OXYDATION NITREUSE + FLUORESCENCE (OIV)]	non décelé
* ACIDE SORBIQUE (RECHERCHE) [CCM (R CEE 2676/90) OU (OIV)]	non décelé

CONCLUSION

Responsable des essais à titre principal
Po SALAGOITY Marie-Hélène



L'accréditation par la section Essais du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les analyses couvertes par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole '*'. La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Il comporte 1 page(s).

